Eckert & Ziegler

Eckert & Ziegler
Nuclitec GmbH

Gieselweg 1
38110 Braunschweig
Germany

Tel. +49 5307 932-0
Fax +49 5307 932-293

7 November 2016

CERTIFICATE

No. CO00167461 – AD-7218

for Sealed Radioactive Source/s

Source Type: Beta Source/s

Product code	KACB14466
Drawing	VZ-3304-001
Quantity	1 off
Source no/s.	AD-7218
Nuclide	Krypton-85

Technical Data

Nominal activity	14.8 GBq
Reference date	3 November 2016
Traceability*	Not applicable

Leakage and Contamination Test/s

Test method/s*	VI
Test/s passed on	2 November 2016

Additional Information

ISO classification*	ISO/12/C43332
Recommended Working Life	10 years
US model no.	KAC.D3
Remark	---

* please see HI001

Eckert & Ziegler
Nuclitec GmbH

Production Manager

Eckert & Ziegler
Nuclitec
Eckert & Ziegler
Nuclitec GmbH
Гизельвег 1
38110 Брауншвейг
Германия
Тел. +49 5307 932-0
Факс +49 5307 932-293
07 ноября 2016

Сертификат
No. CO00167461-AD-7218

Для закрытого радиоактивного источника(ов).

Тип источника: Бета-источник(и)

Код продукта:	KACB14466
Чертеж:	VZ-3304-001
Количество:	1
Сер. № источника:	AD-7218
Радионуклид:	Криптон-85

Технические данные

Номинальная активность:	14.8 ГБк
Дата калибровки:	03 ноября 2016 г.
Прослеживаемость:*	Не применимо

Тест(ы) на герметичность и загрязнение

Метод(ы) тестирования:*	VI
Тест(ы) пройден:	2 ноября 2016 г.

Дополнительная Информация

Классификация ИСО:*	ISO/12/C43332
Назначенный срок службы:	10 лет.
Тип модели в США:	KAC.D3
Примечание:	---

* см. HI001 для пояснений

Eckert & Ziegler
Nuclitec GmbH

i.A. Fricke

Менеджер производства

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.Б.Рогозев